

ANTITHROMBIN III

Determinare cantitativa de Antithrombin III prin imunodifuzie radiala.
Doar pentru diagnosticul in vitro.

CONTINUT

3307005 Antithrombin III 1 x 15 teste

REF

PRINCIPIUL

Proteina examinata difuzeaza in gel de agarosa in care se gasesc anticorpi specifici si formeaza un imuno-complex, vizibil sub forma unui cerc in jurul godeului. Diametrul cercului este proportional cu concentratia proteinei analizate. Proprietatea corespunde cu timpul de difuzie. Dupa 72 de ore patratul diametrului va fi in proportie de linearitate cu concentratia (Procedura 1). Dupa o perioada scurta patratul diametrului va fi in proportie logaritmica cu concentratia (Procedura 2). In ambele cazuri ar trebui trasata curba de calibrare folosind cel putin trei puncte de calibrare. In orice caz este pus la dispozitie un tabel de calibrare ce arata relatia dintre orice concentratie si diametru la sfarsitul timpului de analiza.

COMPOZITIE

Dispozitiv cu gel agarose ce contine antiser pentru proteina specifica ce urmeaza sa fie analizata.

PROBE

Ser sau plasma. Sunt stabili timp de 6 zile la 2-8°.

PROCEDURA DE ANALIZA

Lasati dispozitivul sa ajunga la temperatura camerei, se deschide si, in cazul in care peretii godeului sunt umezi, lasati sa se usuce. Luati 5 μ L de proba si/sau controale si asteptati pana cand este complet absorbit inainte de a folosi dispozitivul. Acoperiti-l bine si puneti-l intr-o camera umeda in timpul incubarii.

- 72 ore pentru Procedura 1 sau 3
- 18 ore pentru Procedura 2

CITIREA REZULTATELOR

Masurati precipitatia cercului la aproape 0.1 mm, dupa perioada necesara conform procedurii de analiza folosita, 72 ore Procedura 1 sau 3, 18 ore pentru Procedura 2.

Procedura 1

Trasati pe o hartie milimetrica patratul precipitarii cercurilor si concentratia controalelor. O linie intrerupta ar trebui sa fie de $10-12 \text{ mm}^2$. Valorile probelor sunt determinate prin interpolare.

Procedura 2

Trasati pe o hartie milimetrica patratul precipitarii cercului fata de concentratia logaritmala. Linia de grafic va fi dreapta

dor in cazul unor valori mici. Pentru valori mai mari linia se va ondula usoar. Valorile probelor sunt obtinute prin interpolare.

Procedura 3

Cititi valoarea concentratiei ce corespunde cu diametrul precipitatiei cercului in Tabelul de Referinta. Valoarea cercului obtinuta in cazul controlului ar trebui sa aiba o limita de siguranta de 0.2 mm (din tabelul de referinta).

NOTE

Timpul difuziei si timpul citirii depend de concentratia si difuzia proteinei specifice. Dupa 72 ore difuzia proteinei, la orice concentratie, este completa. In cazul unor concentratii scazute este posibila citirea la un interval mai mic (ex. 36 ore). In astfel de cazuri se recomanda recitirea valorilor dupa 3-5 ore. In cazul in care diametrul este la fel concentratia se poate seta. In cazul in care diametrul este diferit cercul ar trebui remasurat dupa 3-5 ore.

CONTROL DE CALITATE

Se recomanda efectuarea unui control de calitate intern. Acesta nu este inclus in kit.

PERFORMANTE ANALITICE

- Limita masurarii: 7-80 mg/dL.

- Precizie:

mg/dL	In timpul analizei	Intre analize	
Medie	35.61	67.8	35.5
SD	0.54	0.63	0.44
CV%	1.52	0.93	1.26
N	10	10	20

Rep: Rep:
10 pentru fiecare nivel 20 pentru fiecare
nivel

- Corelare: Aceasta analiza (X) a fost comparata cu o metoda comerciala similara (y). Rezultatele au fost:

$$N = 70 \quad r = 0.9992 \quad y = 0.98x + 0.77$$

VALORI DE REFERINTA

Antithrobin III 20-40 mg/dL

REFERINTE

Fahey et al., J. Immunol., 94: 84 (1965)

Mancini et al., Immunochemistry, 2: 235 (1965)

